

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado con Trazabilidad a Patrones Metrocal SpA



Certificado de Calibración	: MC-5081L	Fecha de Emisión:	23 de enero de 2024
----------------------------	------------	-------------------	---------------------

I. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	: POLIFUSION S.A
Solicitante	: VICTOR LUTZ
Dirección	: CACIQUE COLIN 2525 LAMPA SANTIAGO

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM CALIBRADO

Descripción del Ítem	: CIRCOMETRO
Marca	: BA-METROLOGIE
Modelo	: NO REGISTRA
Serie	: NO REGISTRA
Código Interno	: 1129-1

III. TRAZABILIDAD

Patrón Utilizado	: REGLA RIGIDA GRADUADA
Numero Identificación	: NO TIENE
Marca	: NO TIENE
Modelo	: NO TIENE
Certificado de Calibración N°	: MC-2428L
Próxima Calibración de Patrón	: 6 DE OCTUBRE DE 2024
Emitido por	: METROCAL
Trazabilidad Inmediata	: METROCAL

IV. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN

Lugar de Calibración	: Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud Metrocal SpA
Tª media en Calibración	: (20,1 ± 1,1)°C
Humedad en Calibración	: (40,5 ± 6)%H.R.
Método de Calibración	: Comparación directa con Sistema patrón
Fecha de Calibración	: 23 de enero de 2024

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por el factor de cobertura $k = 2$. El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con *trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales* los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El Laboratorio de Calibración de Metrocal posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración"

Metrocal no asume responsabilidades por daños posteriores a la calibración ocasionados por el mal empleo de instrumentos o por intervención de personas ajenas a nuestro servicio.

Los resultados de la calibración están referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Los resultados de la calibración son aplicables solo al ítem calibrado e identificado en el presente certificado.

Este certificado de calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso de Metrocal.



Luis Suárez Cabezas
Gerente General, MetroCal SpA.

Certificado de Calibración : MC-5081L

V. CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM CALIBRADO

Descripción del Ítem : CIRCOMETRO
Rango : 0 a 1010 mm
Rango Calibrado : 314 A 1010 mm
Graduación/Resolución : 0,1 mm

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Tabla de Resultados			
Longitud media Sistema Patrón SP	Longitud media Equipo Calibrando EC	Error de medición EC - SP	Incertidumbre $U_{95\%} (k = 2)$
mm	mm	mm	mm
315,0	314,0	-1,0	0,07
629,0	628,0	-1,0	0,07
943,0	942,0	-1,0	0,07
1010,0	1009,0	-1,0	0,07

Leyenda

SP: Sistema de Medición Patrón de Calibración
EC: Elemento de Medición Calibrado
U: Incertidumbre expandida con un factor de cobertura $k = 2$

Fin del Certificado.