

CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud
Temperatura



Certificado de Calibración: SMD- 71466 Fecha de Emisión: 2022-10-12 Orden de Trabajo: 530583

DATOS DEL CLIENTE Y DEL INSTRUMENTO

Cliente : POLIFUSION S.A
Dirección : Cacique 2525, Lampa.
Descripción del Item : Sistema Termométrico Digital
Marca : CHY
Modelo : 500
Serie y/o código Interno : 14000362 P05
Sello de Calibración : B-102089

DATOS DE TRAZABILIDAD

Patrón Utilizado	: Sist. Termométrico Digital	Sist. Termométrico Digital
Número Identificación	: TR-32_TR-20	TR-36_TR-21
Marca	: ASL	ASL
Modelo	: F150	F500
Certificado de Calibración	: DKT-582	DKT-577
Próx. Calibración del Patrón	: 2023-05	2023-06
Emitido por	: LCPN - Temperatura, Chile	LCPN - Temperatura, Chile
Trazabilidad Inmediata	: LCPN - Temperatura, Chile	LCPN - Temperatura, Chile

DATOS DE CALIBRACIÓN

Lugar de la Calibración : Laboratorio de Calibración Magnitud Temperatura - División Metrología - Santiago
Condiciones Ambientales : (23,8 ± 0,5) °C (38,5 ± 5) %HR
Método / Procedimiento : Comparacion Directa con Patrón Trazable / PCE 131/700-303 Rev.11
Fecha de Calibración : 2022-10-06

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o Internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional (SI).

El Laboratorio de Calibración posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025:2017 "Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración".

Los resultados de la calibración están referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Los resultados obtenidos sólo están relacionados a los ítems calibrados.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patrón.

Paulo Bustos Astorga
Supervisor de Laboratorio

CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud Temperatura

Certificado de Calibración: SMD- 71466

Descripción del Item : Sistema Termométrico Digital
Rango de Calibración : -10 °C a 250 °C
Graduación / Resolución : 0,1 °C
Inmersión : 13 cm
Sellos de Calibración : B-102089, B-102090 (Sensor)

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

RESULTADOS (°C)

Calibrando	Patrón	Error	U (k = 2)
-10,2	-10,0	-0,2	0,2
0,2	0,0	0,2	0,2
90,6	90,0	0,6	0,2
136,7	135,0	1,7	0,2
249	250,0	-1	0,2
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

C E S M E C

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por un factor de cobertura $k = 2$.
El valor del calibrando se encuentra razonablemente dentro del intervalo indicado de valores, con una probabilidad de aproximadamente 95%

Observaciones:

CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud Temperatura

Certificado de Calibración: SMD- 71466

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. El presente certificado de calibración corresponde a un documento oficial y original, emitido por la División de Metrología de CESMEC S.A. Verificar en <http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion>
2. Los métodos de muestreo que emplea CESMEC S.A. se basan en sistemas estadísticos reconocidos internacionalmente; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de exactitud y conllevan un mínimo margen de error que no puede ser imputado a CESMEC S.A.
3. El uso, alcance o valor estadístico que se de a este documento no podrá ser otro que aquel expresamente establecido en su texto.

Santiago

Avda. Marathon Nº 2595, Macul

Fono: 2350 2100 Fax: 2384 135

CESMEC

www.cesmec.cl

Fin de Certificado