SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1853
CALIBRATION DATE: 19-Jan-11

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.886413e-001
h =  1.364506e-001
i = -3.453497e-004
j =  5.367661e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  1.6066e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2697.04	0.00000	0.00000
1.0000	34.7907	2.97399	5394.90	2.97399	-0.00000
4.5000	34.7706	3.28084	5598.85	3.28081	-0.00003
15.0000	34.7270	4.26182	6204.95	4.26188	0.00006
18.5000	34.7176	4.60669	6403.93	4.60671	0.00002
23.9999	34.7076	5.16423	6712.67	5.16417	-0.00006
29.0000	34.7015	5.68563	6988.59	5.68560	-0.00003
32.4999	34.6968	6.05749	7178.62	6.05753	0.00004

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity