

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 6826  
CALIBRATION DATE: 07-Feb-14

SBE16plusV2 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = 1.310779e-003  
a1 = 2.550738e-004  
a2 = 3.515403e-007  
a3 = 1.250725e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT(n)	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
1.0000	618294.200	1.0000	0.0000
4.5000	547283.600	4.5000	-0.0000
15.0000	371938.400	15.0000	-0.0000
18.5000	325151.900	18.5001	0.0001
24.0000	261905.900	23.9999	-0.0001
29.0000	214008.300	29.0000	-0.0000
32.5000	185199.600	32.5000	0.0000

$$MV = (n - 524288) / 1.6e+007$$

$$R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)$$

$$\text{Temperature ITS-90} = 1 / \{ a_0 + a_1 [\ln(R)] + a_2 [\ln^2(R)] + a_3 [\ln^3(R)] \} - 273.15 \text{ (}^\circ\text{C)}$$

$$\text{Residual} = \text{instrument temperature} - \text{bath temperature}$$

