



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2328  
CALIBRATION DATE: 30-Apr-19

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 1.000005e+000  
rtca1 = 1.612750e-006  
rtca2 = -3.153744e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	1.0000070	1.0000065	-0.5
4.5000	1.0000110	1.0000116	0.6
15.0000	1.0000220	1.0000221	0.1
18.5000	1.0000240	1.0000240	0.0
23.9999	1.0000260	1.0000255	-0.5
29.0000	1.0000250	1.0000252	0.2
32.5000	1.0000240	1.0000241	0.1

t = temperature (°C)

RTC frequency =  $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) \* 1e6

