



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1773  
CALIBRATION DATE: 02-May-23

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -4.220018e-005  
a1 = 2.798182e-004  
a2 = -2.596370e-006  
a3 = 1.623574e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	778848.5	-1.5000	0.0000
1.0000	696023.7	0.9999	-0.0001
4.5000	596348.8	4.5000	-0.0000
8.0000	512609.3	8.0000	-0.0000
11.5000	442018.2	11.5000	0.0000
15.0000	382316.6	15.0001	0.0001
18.5000	331664.1	18.5000	0.0000
22.0000	288555.7	22.0000	-0.0000
25.5000	251756.7	25.4999	-0.0001
29.0000	220250.6	29.0000	-0.0000
32.5000	193199.2	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

