

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0580
CALIBRATION DATE: 25-Nov-15

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 5.267366e-005
a1 = 2.638252e-004
a2 = -1.935846e-006
a3 = 1.549770e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	830141.4	-1.4999	0.0001
1.0000	741403.3	1.0000	-0.0000
4.5000	634653.3	4.4999	-0.0001
8.0000	545007.7	8.0000	-0.0000
11.5000	469479.5	11.5000	0.0000
15.0000	405639.8	15.0001	0.0001
18.5000	351510.4	18.5000	0.0000
22.0000	305473.3	22.0000	0.0000
25.5000	266202.7	25.4999	-0.0001
29.0000	232605.8	28.9999	-0.0001
32.5000	203780.8	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{ a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)] \} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

