

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3770
CALIBRATION DATE: 07-Mar-15

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -1.035444e+000
h = 1.614286e-001
i = -8.531771e-005
j = 3.573187e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006
WBOTC = -1.0296e-005

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2532.82	0.00000	0.00000
1.0000	34.6169	2.96054	4968.32	2.96055	0.00001
4.5000	34.5970	3.26607	5154.04	3.26605	-0.00001
15.0000	34.5542	4.24285	5706.76	4.24283	-0.00002
18.5000	34.5450	4.58625	5888.53	4.58625	0.00000
24.0000	34.5350	5.14139	6170.81	5.14140	0.00002
29.0000	34.5298	5.66065	6423.34	5.66065	0.00000
32.5000	34.5274	6.03128	6597.52	6.03127	-0.00001

$f = \text{INST FREQ} * \text{sqrt}(1.0 + \text{WBOTC} * t) / 1000.0$

Conductivity = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \epsilon * p)$ Siemens / meter

t = temperature[°C]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ϵ = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity

