Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1805
CALIBRATION DATE: 10-Jan-25

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.786050e-001
h =  1.391459e-001
i = -2.031224e-004
j =  4.019075e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  1.1929e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2654.38	0.00000	0.00000
1.0000	34.6834	2.96569	5323.06	2.96571	0.00002
4.5000	34.6620	3.27160	5524.67	3.27157	-0.00003
14.9999	34.6160	4.24962	6124.01	4.24962	-0.00001
18.5000	34.6057	4.59344	6320.86	4.59343	-0.00000
24.0000	34.5938	5.14917	6626.32	5.14920	0.00002
29.0000	34.5870	5.66897	6899.36	5.66896	-0.00001
32.5000	34.5833	6.03994	7087.57	6.03994	-0.00000

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity