



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3769  
CALIBRATION DATE: 16-Apr-23

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999764e-001  
rtca1 = 1.760429e-006  
rtca2 = -3.271336e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999780	0.9999782	0.2
4.5000	0.9999840	0.9999837	-0.3
15.0000	0.9999950	0.9999955	0.5
18.5000	0.9999980	0.9999978	-0.2
24.0000	1.0000000	0.9999998	-0.2
29.0000	1.0000000	1.0000000	-0.0
32.5000	0.9999990	0.9999991	0.1

t = temperature (°C)

RTC frequency =  $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) \* 1e6

