# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com


SENSOR SERIAL NUMBER: 3766
CALIBRATION DATE: 16-Nov-15

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
1450 psia S/N 5755

COEFFICIENTS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| PA0 = | 2.811249e-001 | PTCA0 = | -1.917098e+002 |
| PA1 = | 6.921798e-002 | PTCA1 = | -1.589990e-002 |
| PA2 = | -5.448185e-009 | PTCA2 = | 9.610103e-003 |
| | | PTCB0 = | 2.473400e+001 |
| | | PTCB1 = | 4.000000e-004 |
| | | PTCB2 = | 0.000000e+000 |

PRESSURE SPAN CALIBRATION

| PRESSURE (PSIA) | INSTRUMENT OUTPUT (counts) | TEMPERATURE (°C) | COMPUTED PRESSURE (PSIA) | RESIDUAL (%FSR) |
|---|---|---|---|---|
| 14.67 | 20.6 | 21.4 | 14.69 | 0.00 |
| 301.45 | 4165.2 | 21.6 | 301.36 | -0.01 |
| 588.36 | 8315.8 | 21.7 | 588.26 | -0.01 |
| 875.38 | 12470.2 | 21.7 | 875.24 | -0.01 |
| 1162.48 | 16631.6 | 21.7 | 1162.52 | 0.00 |
| 1449.48 | 20790.3 | 21.7 | 1449.42 | -0.00 |
| 1162.54 | 16633.1 | 21.7 | 1162.62 | 0.01 |
| 875.50 | 12475.2 | 21.7 | 875.59 | 0.01 |
| 588.55 | 8321.7 | 21.8 | 588.67 | 0.01 |
| 301.46 | 4166.9 | 22.5 | 301.45 | -0.00 |
| 14.64 | 20.8 | 22.6 | 14.67 | 0.00 |

THERMAL CORRECTION

| TEMP (°C) | INSTRUMENT OUTPUT (counts) |
|---|---|
| 32.50 | 39.33 |
| 29.00 | 37.89 |
| 24.00 | 35.20 |
| 18.50 | 32.90 |
| 15.00 | 31.61 |
| 4.50 | 30.29 |
| 1.00 | 29.84 |

| TEMPERATURE (°C) | SPAN (mV) |
|---|---|
| -5.00 | 24.73 |
| 35.00 | 24.75 |

x = instrument output - PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * $t^2$

n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * $t^2$)

pressure (PSIA) = PA0 + PA1 * n + PA2 * $n^2$

Residual (%FSR) = (computed pressure - true pressure) * 100 / Full Scale Range