Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2329
CALIBRATION DATE: 27-Feb-18

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.041460e+000
h =  1.577296e-001
i = -7.225571e-005
j =  3.324047e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  7.2011e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2569.12	0.00000	0.00000
1.0000	34.6922	2.96637	5033.15	2.96638	0.00001
4.5000	34.6726	3.27250	5220.95	3.27249	-0.00001
15.0000	34.6300	4.25117	5779.79	4.25116	-0.00001
18.5000	34.6206	4.59520	5963.54	4.59521	0.00001
24.0000	34.6101	5.15133	6248.86	5.15134	0.00001
29.0000	34.6036	5.67139	6504.04	5.67138	-0.00000
32.5000	34.5988	6.04234	6679.89	6.04226	-0.00008

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity