Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1863
CALIBRATION DATE: 20-Nov-15

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.007688e+000
h =  1.407556e-001
i = -2.192109e-004
j =  4.308563e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  2.1158e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2678.24	0.00000	0.00000
1.0000	34.7575	2.97142	5315.95	2.97144	0.00003
4.5000	34.7383	3.27809	5516.00	3.27806	-0.00003
15.0000	34.6958	4.25839	6110.78	4.25837	-0.00002
18.5001	34.6868	4.60305	6306.22	4.60305	0.00000
24.0000	34.6770	5.16019	6609.55	5.16023	0.00004
29.0000	34.6716	5.68128	6880.68	5.68126	-0.00002
32.4999	34.6687	6.05315	7067.29	6.05253	-0.00062

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / 10 (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity