

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0991
CALIBRATION DATE: 14-Oct-16

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -6.261639e-005
a1 = 2.913564e-004
a2 = -3.494727e-006
a3 = 1.894743e-007

| BATH TEMP (° C) | INSTRUMENT OUTPUT (counts) | INST TEMP (° C) | RESIDUAL (° C) |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| -1.5000 | 685267.0 | -1.5000 | 0.0000 |
| 1.0000 | 612634.6 | 1.0000 | -0.0000 |
| 4.5000 | 525180.9 | 4.5000 | -0.0000 |
| 8.0000 | 451662.5 | 8.0000 | -0.0000 |
| 11.5000 | 389653.1 | 11.5000 | 0.0000 |
| 15.0000 | 337180.8 | 15.0001 | 0.0001 |
| 18.5000 | 292639.7 | 18.5000 | 0.0000 |
| 22.0000 | 254713.9 | 22.0000 | -0.0000 |
| 25.5000 | 222324.0 | 25.4999 | -0.0001 |
| 29.0000 | 194581.0 | 29.0000 | -0.0000 |
| 32.5000 | 170750.8 | 32.5000 | 0.0000 |

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

