



a xylem brand

CALIBRATION CERTIFICATE

Form No 830, Juli 2012

Certificate no: 4330F_2817_00137207
Foil batch no: 1207FM

Product: 4330F
Calibration date: 13.11.2017

Serial no: 2817
Page 1 of 2



Index	Temperature reference(°C)	[O2] Reference(µM)	Temperature raw data(mV)	Phase reading(°)
0	29.911	0.75	-91.113	60.17
1	20.131	0.28	222.220	61.15
2	10.326	0.47	536.960	61.88
3	0.836	1.42	819.327	62.46
4	0.913	22.62	817.200	59.23
5	0.987	44.02	815.127	56.33
6	1.016	65.31	814.313	53.76
7	1.034	106.92	813.813	49.53
8	1.064	149.42	812.987	45.98
9	1.083	213.13	812.427	41.77
10	1.119	317.20	811.407	36.72
11	1.149	421.85	810.593	33.07
12	1.172	527.65	809.947	30.32
13	10.315	15.63	537.280	58.52
14	10.199	34.09	540.913	55.04
15	10.134	50.90	542.913	52.28
16	10.107	83.81	543.793	47.77
17	10.092	117.59	544.260	44.08
18	10.082	168.06	544.560	39.80
19	10.074	250.83	544.813	34.77
20	10.100	334.30	544.000	31.19
21	10.086	418.92	544.447	28.55
22	20.071	12.03	224.167	57.50
23	19.970	26.68	227.407	53.64
24	19.933	40.15	228.607	50.63
25	19.916	66.41	229.200	45.87
26	19.912	93.37	229.300	42.07
27	19.914	133.60	229.207	37.73
28	19.925	199.94	228.887	32.75
29	19.931	267.71	228.700	29.33
30	19.940	336.41	228.400	26.74
31	29.963	9.40	-92.760	56.45
32	29.966	21.33	-92.880	52.26
33	29.998	32.35	-93.840	49.03
34	30.024	53.86	-94.640	44.05
35	30.042	75.83	-95.200	40.17
36	30.054	108.90	-95.600	35.81
37	30.063	163.33	-95.873	30.95
38	30.068	219.35	-96.000	27.60
39	30.071	277.09	-96.100	25.16

Certificate no: 4330F_2817_00137207
Foil batch no: 1207FM

Product: 4330F
Calibration date: 13.11.2017

Serial no: 2817
Page 2 of 2

Index	0	1	2	3	4	5	6
SVUFoilCoef	3.07471E-03	1.28797E-04	2.45854E-06	1.87542E02	-2.96404E-01	-4.13388E01	3.64774E00
TempCoef	2.70140E01	-3.14579E-02	3.18246E-06	-4.61405E-09	0.00000E00	0.00000E00	



Date: 13.11.2017

Tor-Ove Kvalvaag

Tor-Ove Kvalvaag, Calibration Engineer