



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1852  
CALIBRATION DATE: 07-Apr-23

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -4.313328e-005  
a1 = 2.766935e-004  
a2 = -2.326504e-006  
a3 = 1.580812e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9999	706638.7	0.9999	0.0000
4.4999	606047.0	4.4999	-0.0000
15.0000	389624.6	15.0000	0.0000
18.5000	338302.2	18.4999	-0.0001
24.0000	272523.8	24.0001	0.0001
29.0000	225215.1	28.9999	-0.0001
32.5000	197706.5	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

