

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0093  
CALIBRATION DATE: 01-Feb-17

SBE 45 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

a0 = 4.599770e-005  
a1 = 2.684250e-004  
a2 = -1.814891e-006  
a3 = 1.408846e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	641605.4	1.0000	0.0000
4.5000	548965.3	4.5000	-0.0000
15.0000	350554.0	15.0000	-0.0000
18.5000	303727.1	18.5001	0.0001
24.0000	243881.1	24.0000	0.0000
29.0000	200972.5	28.9999	-0.0001
32.5000	176084.9	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

