

# SUNA V2

## Saltwater Calibration Verification

---

SUNA Serial Number:	1467
RMA Number:	

Reference Solution	RS-232 output		Analog output (V)		Analog output (mA)	
	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range
Pure Water (0 $\mu\text{m}$ )	<b>-0.69</b>	0 $\mu\text{m}$ ( $\pm 2$ )	<b>0.31</b>	0.28 $\pm$ 0.1 ( 0.18–0.38 )	<b>4.63</b>	4.76 $\pm$ 0.35 (4.41–5.11)
Seawater (0 $\mu\text{m}$ )	<b>-0.34</b>	0 $\mu\text{m}$ ( $\pm 2$ )	<b>0.32</b>	0.28 $\pm$ 0.1 ( 0.18–0.38 )	<b>4.66</b>	4.76 $\pm$ 0.35 (4.41–5.11)
Low Nitrate (40 $\mu\text{m}$ )	<b>39.17</b>	40 $\mu\text{m}$ ( $\pm 4$ )	<b>1.81</b>	1.81 $\pm$ 0.16 (1.65–1.97)	<b>10.63</b>	10.86 $\pm$ 0.61 (10.25–11.47)

Calibration File Name	Date	Technician Initials
<b>SNA1467A</b>	<b>09-Sep-2020</b>	<b>ks</b>

Final Reference Update Needed? (Yes / No):	<b>No</b>
--	-----------

Calibration File Name	Date	Technician Initials