

SUNA V2

Saltwater Calibration Verification

SUNA Serial Number:	1471
RMA Number:	

Reference Solution	RS-232 output		Analog output (V)		Analog output (mA)	
	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range
Pure Water (0 μm)	-0.28	0 μm (± 2)	0.29	0.28 ± 0.1 (0.18–0.38)	4.70	4.76 ± 0.35 (4.41–5.11)
Seawater (0 μm)	0.82	0 μm (± 2)	0.34	0.28 ± 0.1 (0.18–0.38)	4.87	4.76 ± 0.35 (4.41–5.11)
Low Nitrate (40 μm)	37.41	40 μm (± 4)	1.74	1.81 ± 0.16 (1.65–1.97)	10.40	10.86 ± 0.61 (10.25–11.47)

Calibration File Name	Date	Technician Initials
SNA1471A	14-Sep-2020	ks

Final Reference Update Needed? (Yes / No):	Yes
--	------------

Calibration File Name	Date	Technician Initials
SNA1471B	21-Sep-2020	JY