

# SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2024  
CALIBRATION DATE: 05-Jan-11

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999740e-001

rtca1 = 1.786067e-006

rtca2 = -3.301616e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999760	0.9999757	-0.3
4.4999	0.9999810	0.9999813	0.3
14.9999	0.9999930	0.9999933	0.3
18.4999	0.9999960	0.9999957	-0.3
23.9999	0.9999980	0.9999978	-0.2
29.0000	0.9999980	0.9999980	-0.0
32.5000	0.9999970	0.9999971	0.1

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm

