

# SUNA V2

## Saltwater Calibration Verification

---

SUNA Serial Number:	2341
RMA Number:	

Reference Solution	RS-232 output		Analog output (V)		Analog output (mA)	
	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range
Pure Water (0 $\mu\text{m}$ )	0.0005	0 $\mu\text{m}$ ( $\pm 2$ )	<b>0.3443</b>	$0.28 \pm 0.1$ ( 0.18–0.38 )	<b>4.739</b>	$4.76 \pm 0.35$ (4.41–5.11)
Seawater (0 $\mu\text{m}$ )	-0.4779	0 $\mu\text{m}$ ( $\pm 2$ )	<b>0.3225</b>	$0.28 \pm 0.1$ ( 0.18–0.38 )	<b>4.763</b>	$4.76 \pm 0.35$ (4.41–5.11)
Low Nitrate (40 $\mu\text{m}$ )	40.4824	40 $\mu\text{m}$ ( $\pm 4$ )	<b>1.8754</b>	$1.81 \pm 0.16$ (1.65–1.97)	<b>10.966</b>	$10.86 \pm 0.61$ (10.25–11.47)

Calibration File Name	Date	Technician Initials
<b>SNA2341B</b>	<b>7-17-2024</b>	<b>BHOSS</b>

Final Reference Update Needed? (Yes / No):	<b>Yes</b>
--	------------

Calibration File Name	Date	Technician Initials
<b>SNA2341C</b>	<b>7/18/2024</b>	<b>RM</b>