



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2325  
CALIBRATION DATE: 21-Mar-24

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -4.940849e-004  
a1 = 4.087579e-004  
a2 = -1.416076e-005  
a3 = 4.976091e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9999	682049.4	0.9999	-0.0000
4.5000	584152.8	4.5001	0.0001
14.9999	373516.1	14.9997	-0.0002
18.4999	323613.3	18.5000	0.0001
24.0000	259751.1	24.0001	0.0001
29.0000	213919.0	28.9998	-0.0002
32.5001	187323.2	32.5002	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

