



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4607  
CALIBRATION DATE: 01-Jun-22

SBE 16plus PRESSURE CALIBRATION DATA  
1000 psia S/N 91625

DIGIQUARTZ COEFFICIENTS:

C1 = -6.275741e+003  
C2 = -9.087580e-002  
C3 = 1.258200e-003  
D1 = 7.138100e-002  
D2 = 0.000000e+000  
T1 = 3.043721e+001  
T2 = -3.719960e-004  
T3 = 2.854890e-006  
T4 = 1.738470e-009  
T5 = 0.000000e+000

AD590M, AD590B, SLOPE AND OFFSET:

AD590M = 0.00000e+000  
AD590B = 0.00000e+000  
Slope = 0.99997  
Offset = 0.1024 (dbars)

PRESSURE (PSIA)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT TEMPERATURE (°C)	INSTRUMENT PRESSURE (PSIA)	CORRECTED PRESSURE (PSIA)	RESIDUAL (PSIA)
14.500	32900.34	26.0	14.333	14.481	-0.018
199.627	33379.78	26.0	199.486	199.628	0.002
399.454	33887.39	26.0	399.299	399.435	-0.019
599.298	34385.41	26.0	599.162	599.291	-0.007
799.161	34873.98	26.0	798.948	799.070	-0.091
999.528	35355.54	26.0	999.501	999.616	0.088
799.627	34875.26	26.0	799.476	799.599	-0.029
599.675	34386.42	26.0	599.570	599.699	0.024
399.714	33888.11	26.0	399.585	399.721	0.007
199.754	33380.13	26.0	199.623	199.765	0.011
14.501	32900.48	26.0	14.385	14.534	0.033

Residual (PSIA) = corrected instrument pressure - reference pressure

