

# SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2355  
CALIBRATION DATE: 19-Aug-11

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999740e-001

rtca1 = 1.793194e-006

rtca2 = -3.280497e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999760	0.9999758	-0.2
4.4999	0.9999810	0.9999814	0.4
15.0000	0.9999940	0.9999935	-0.5
18.5000	0.9999960	0.9999960	-0.0
24.0000	0.9999980	0.9999982	0.2
29.0000	0.9999980	0.9999984	0.4
32.5000	0.9999980	0.9999977	-0.3

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm

