



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2026  
CALIBRATION DATE: 06-May-21

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 3.354950e-005  
a1 = 2.671052e-004  
a2 = -1.931337e-006  
a3 = 1.451051e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9998	737256.3	0.9997	-0.0001
4.4999	630421.4	4.5002	0.0003
14.9999	401848.3	14.9998	-0.0001
18.5000	347954.5	18.4998	-0.0002
23.9999	279116.3	24.0000	0.0001
28.9999	229798.8	29.0001	0.0002
32.5000	201216.6	32.4998	-0.0002

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

