

SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2333

CALIBRATION DATE: 10-Sep-11

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA

ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 1.000007e+000

rtca1 = 1.196291e-006

rtca2 = -2.025665e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
0.9999	1.0000080	1.0000080	0.0
4.4999	1.0000120	1.0000118	-0.2
15.0000	1.0000200	1.0000203	0.3
18.5000	1.0000220	1.0000221	0.1
24.0000	1.0000240	1.0000239	-0.1
29.0000	1.0000250	1.0000245	-0.5
32.5000	1.0000240	1.0000244	0.4

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm

