Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2490
CALIBRATION DATE: 02-Feb-16

SBE 4 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g =  -9.93719015e+000
h =   1.51407481e+000
i =  -7.75861223e-004
j =   1.42351534e-004

CPcor = -9.5700e-008 (nominal)
CTcor =  3.2500e-006 (nominal)
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (kHz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
0.0000	0.0000	0.00000	2.56277	0.00000	0.00000
-1.0000	34.6358	2.79139	5.00046	2.79137	-0.00001
1.0000	34.6358	2.96200	5.11182	2.96202	0.00002
15.0000	34.6357	4.25180	5.88542	4.25182	0.00002
18.5000	34.6356	4.59698	6.07563	4.59695	-0.00003
29.0000	34.6334	5.67572	6.63481	5.67574	0.00002
32.5001	34.6264	6.04662	6.81636	6.04661	-0.00001

f = Instrument Output (kHz)

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / 10 (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity