



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1858  
CALIBRATION DATE: 05-May-21

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -2.684039e-006  
a1 = 2.765840e-004  
a2 = -2.332699e-006  
a3 = 1.593899e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	616247.9	1.0001	0.0001
4.5000	528345.6	4.4998	-0.0002
15.0000	339326.8	15.0003	0.0003
18.4999	294540.2	18.4998	-0.0001
24.0000	237155.9	23.9999	-0.0001
28.9999	195901.5	28.9999	0.0000
32.5001	171923.1	32.5001	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

