



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2318  
CALIBRATION DATE: 28-Apr-19

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -4.415346e-004  
a1 = 3.861291e-004  
a2 = -1.205864e-005  
a3 = 4.307487e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	765514.0	1.0000	0.0000
4.5000	655286.4	4.5000	-0.0000
15.0000	418473.6	15.0000	-0.0000
18.5000	362455.7	18.5001	0.0001
24.0000	290816.1	24.0000	-0.0000
29.0000	239433.8	28.9999	-0.0001
32.5000	209633.9	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

