



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4285  
CALIBRATION DATE: 02-Mar-18

SBE 16plus PRESSURE CALIBRATION DATA  
1000 psia S/N 89708

DIGIQUARTZ COEFFICIENTS:

C1 = -5.275978e+003  
C2 = -1.092310e-002  
C3 = 1.028930e-003  
D1 = 6.342500e-002  
D2 = 0.000000e+000  
T1 = 3.008667e+001  
T2 = -1.839860e-004  
T3 = 2.763910e-006  
T4 = 1.636910e-009  
T5 = 0.000000e+000

AD590M, AD590B, SLOPE AND OFFSET:

AD590M = 0.00000e+000  
AD590B = 0.00000e+000  
Slope = 1.00000  
Offset = 0.1240 (dbars)

PRESSURE (PSIA)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT TEMPERATURE (°C)	INSTRUMENT PRESSURE (PSIA)	CORRECTED PRESSURE (PSIA)	RESIDUAL (PSIA)
14.424	33285.06	21.5	14.235	14.415	-0.009
199.681	33861.42	21.5	199.497	199.677	-0.005
399.690	34470.00	21.5	399.482	399.662	-0.028
599.706	35065.35	21.5	599.507	599.687	-0.019
799.701	35647.96	21.5	799.502	799.682	-0.019
999.671	36218.57	21.5	999.493	999.674	0.002
799.739	35648.20	21.5	799.583	799.764	0.024
599.753	35065.60	21.5	599.592	599.772	0.019
399.742	34470.29	21.5	399.576	399.756	0.013
199.726	33861.57	21.5	199.546	199.726	-0.000
14.429	33285.17	21.5	14.270	14.449	0.021

Residual (PSIA) = corrected instrument pressure - reference pressure

