



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2022
CALIBRATION DATE: 07-Apr-23

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -2.113375e-005
a1 = 2.797336e-004
a2 = -2.764551e-006
a3 = 1.670292e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9999	693995.5	0.9999	-0.0000
4.4999	593956.6	4.4999	0.0000
15.0000	379556.2	14.9999	-0.0001
18.5000	328922.2	18.5000	0.0000
24.0000	264188.7	24.0000	0.0000
29.0000	217759.6	29.0000	-0.0000
32.5000	190824.5	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

