



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2023  
CALIBRATION DATE: 06-May-21

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999811e-001  
rtca1 = 1.726197e-006  
rtca2 = -3.122247e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
0.9998	0.9999830	0.9999828	-0.2
4.4999	0.9999880	0.9999882	0.2
14.9999	1.0000000	1.0000000	-0.0
18.5000	1.0000020	1.0000023	0.3
23.9999	1.0000050	1.0000045	-0.5
28.9999	1.0000050	1.0000049	-0.1
32.5000	1.0000040	1.0000042	0.2

t = temperature (°C)

RTC frequency = rtca0 + rtca1 \* t + rtca2 \* t<sup>2</sup>

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) \* 1e6

