



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4139
CALIBRATION DATE: 30-Apr-19

SBE 16plus TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 1.288873e-003
a1 = 2.509857e-004
a2 = 1.158528e-006
a3 = 1.054761e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	632656.500	0.9999	-0.0001
4.5000	562046.900	4.5001	0.0001
15.0000	386450.400	14.9998	-0.0002
18.5000	339221.400	18.5001	0.0001
24.0000	275068.000	24.0000	0.0000
29.0000	226211.100	29.0001	0.0001
32.4999	196697.400	32.4998	-0.0001

n = Instrument Output (counts)

$MV = (n - 524288) / 1.6e+007$

$R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)$

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a0 + a1[\ln(R)] + a2[\ln^2(R)] + a3[\ln^3(R)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

