



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4078  
CALIBRATION DATE: 26-May-21

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 3.528396e-006  
a1 = 2.739984e-004  
a2 = -2.201075e-006  
a3 = 1.516473e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9999	666438.7	0.9998	-0.0001
4.5000	570595.4	4.5002	0.0002
15.0000	365086.1	14.9998	-0.0002
18.4999	316514.5	18.5000	0.0001
24.0000	254390.1	23.9999	-0.0001
29.0000	209804.3	29.0003	0.0003
32.5000	183931.9	32.4998	-0.0002

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

