



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1637
CALIBRATION DATE: 02-May-23

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.964193e-004
a1 = 3.080051e-004
a2 = -4.466158e-006
a3 = 2.079099e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	784597.6	-1.4999	0.0001
1.0000	701861.0	0.9999	-0.0001
4.5000	602183.8	4.4999	-0.0001
8.0000	518334.9	8.0000	-0.0000
11.5000	447564.7	11.5000	0.0000
15.0000	387639.7	15.0001	0.0001
18.5000	336737.4	18.5001	0.0001
22.0000	293366.0	22.0000	-0.0000
25.5000	256299.2	25.4999	-0.0001
29.0000	224527.7	28.9999	-0.0001
32.5000	197217.2	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

