Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2331
CALIBRATION DATE: 07-Feb-14

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.642704e-001
h =  1.365422e-001
i = -1.255139e-004
j =  3.348453e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -4.4193e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2658.53	0.00000	0.00000
1.0000	34.7303	2.96931	5361.70	2.96932	0.00001
4.4999	34.7106	3.27572	5565.68	3.27572	-0.00000
15.0000	34.6681	4.25535	6171.83	4.25534	-0.00001
18.5000	34.6590	4.59975	6370.91	4.59975	0.00000
23.9999	34.6489	5.15646	6679.83	5.15646	0.00000
29.0001	34.6428	5.67710	6955.95	5.67711	0.00001
32.5001	34.6392	6.04860	7146.22	6.04859	-0.00001

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity