



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1860
CALIBRATION DATE: 16-Apr-23

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -5.782210e-005
a1 = 2.847588e-004
a2 = -2.962453e-006
a3 = 1.754176e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	659027.2	1.0001	0.0001
4.5000	565157.7	4.4999	-0.0001
15.0000	363217.3	15.0001	0.0001
18.5000	315340.4	18.5000	-0.0000
24.0000	253986.7	24.0000	0.0000
29.0000	209867.6	28.9998	-0.0002
32.5000	184215.8	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

