

SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1679
CALIBRATION DATE: 19-Jan-11

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999783e-001

rtca1 = 1.796443e-006

rtca2 = -3.064686e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999800	0.9999801	0.1
4.5000	0.9999860	0.9999858	-0.2
15.0000	0.9999980	0.9999984	0.4
18.5000	1.0000010	1.0000011	0.1
23.9999	1.0000040	1.0000038	-0.2
29.0000	1.0000050	1.0000046	-0.4
32.4999	1.0000040	1.0000043	0.3

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm

