

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3767
CALIBRATION DATE: 09-Dec-11

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -1.047855e+000
h = 1.522177e-001
i = -1.552790e-004
j = 3.563630e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006
WBOTC = -8.4102e-006

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2625.36	0.00000	0.00000
1.0000	34.9523	2.98648	5145.77	2.98650	0.00002
4.4999	34.9319	3.29454	5337.98	3.29454	-0.00000
15.0000	34.8869	4.27936	5909.97	4.27930	-0.00005
18.5000	34.8768	4.62553	6098.10	4.62553	0.00000
24.0000	34.8645	5.18500	6390.15	5.18503	0.00003
29.0000	34.8554	5.70800	6651.28	5.70805	0.00005
32.5000	34.8483	6.08094	6831.19	6.08090	-0.00004

$$f = \text{INST FREQ} * \sqrt{1.0 + \text{WBOTC} * t} / 1000.0$$

$$\text{Conductivity} = (g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \epsilon p) \text{ Siemens/meter}$$

$$t = \text{temperature}[^{\circ}\text{C}]; p = \text{pressure}[\text{decibars}]; \delta = \text{CTcor}; \epsilon = \text{CPcor};$$

$$\text{Residual} = \text{instrument conductivity} - \text{bath conductivity}$$

