Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2337
CALIBRATION DATE: 21-Nov-15

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.061227e+000
h =  1.495109e-001
i = -1.484713e-004
j =  3.756977e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -5.6580e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2665.52	0.00000	0.00000
1.0000	34.6169	2.96054	5182.34	2.96053	-0.00001
4.5000	34.5962	3.26600	5374.77	3.26601	0.00001
15.0000	34.5541	4.24284	5947.69	4.24283	-0.00000
18.5001	34.5453	4.58629	6136.15	4.58630	0.00001
24.0000	34.5366	5.14160	6428.86	5.14158	-0.00002
29.0000	34.5309	5.66081	6690.67	5.66082	0.00001
32.5000	34.5282	6.03141	6871.24	6.03141	0.00000

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / 10 (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity