



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3769  
CALIBRATION DATE: 08-Mar-18

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -6.518749e-005  
a1 = 2.919698e-004  
a2 = -3.472114e-006  
a3 = 1.881234e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9999	599641.6	0.9999	0.0000
4.4999	514132.0	4.4998	-0.0001
15.0000	330263.7	15.0000	-0.0000
18.4999	286687.8	18.5001	0.0002
24.0000	230866.4	23.9999	-0.0001
29.0000	190732.9	29.0000	-0.0000
32.5000	167406.5	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

