



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3979
CALIBRATION DATE: 12-Mar-24

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999903e-001
rtca1 = 1.640597e-006
rtca2 = -3.125409e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999920	0.9999920	-0.0
4.5000	0.9999970	0.9999971	0.1
15.0000	1.0000080	1.0000079	-0.1
18.5000	1.0000100	1.0000100	0.0
24.0000	1.0000120	1.0000117	-0.3
29.0000	1.0000110	1.0000116	0.6
32.5000	1.0000110	1.0000107	-0.3

t = temperature (°C)

RTC frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t²

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

