

SUNA V2

Saltwater Calibration Verification

SUNA Serial Number:	1813
RMA Number:	

Reference Solution	RS-232 output		Analog output (V)		Analog output (mA)	
	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range
Pure Water (0 μm)	.23	0 μm (± 2)	.283	0.28 ± 0.1 (0.18–0.38)	4.64	4.76 ± 0.35 (4.41–5.11)
Seawater (0 μm)	-.97	0 μm (± 2)	.261	0.28 ± 0.1 (0.18–0.38)	4.49	4.76 ± 0.35 (4.41–5.11)
Low Nitrate (40 μm)	37.34	40 μm (± 4)	1.71	1.81 ± 0.16 (1.65–1.97)	10.54	10.86 ± 0.61 (10.25–11.47)

Calibration File Name	Date	Technician Initials
SNA1813B	22-DEC-2021	ks

Final Reference Update Needed? (Yes / No):	No
--	-----------

Calibration File Name	Date	Technician Initials