

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0504  
CALIBRATION DATE: 13-Jan-12

SBE 39 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999714e-001

rtca1 = 1.611108e-006

rtca2 = -3.372475e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREO (Hz)	COMPUTED FREO (Hz)	RESIDUAL (PPM)
-1.5001	0.9999690	0.9999689	-0.1
0.9999	0.9999730	0.9999730	-0.0
4.4999	0.9999780	0.9999780	-0.0
7.9999	0.9999820	0.9999821	0.1
11.4999	0.9999850	0.9999855	0.5
14.9999	0.9999880	0.9999880	-0.0
18.4999	0.9999900	0.9999897	-0.3
21.9999	0.9999910	0.9999905	-0.5
25.4999	0.9999900	0.9999905	0.5
28.9999	0.9999900	0.9999898	-0.2
32.4999	0.9999880	0.9999881	0.1

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm

