



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1635
CALIBRATION DATE: 29-May-21

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -2.136404e-004
a1 = 3.084840e-004
a2 = -4.516750e-006
a3 = 2.075302e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	841297.0	-1.5000	0.0000
1.0000	752426.5	1.0000	-0.0000
4.5000	645387.9	4.5000	-0.0000
8.0000	555372.1	8.0000	-0.0000
11.5000	479418.7	11.5000	0.0000
15.0000	415121.1	15.0001	0.0001
18.5000	360519.7	18.5000	0.0000
22.0000	314007.7	22.0000	-0.0000
25.5000	274267.3	25.4999	-0.0001
29.0000	240212.6	28.9999	-0.0001
32.5000	210946.7	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[\ln(n)] + a2[\ln^2(n)] + a3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

