

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1635  
CALIBRATION DATE: 09-Dec-11

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = -2.003974e-004  
a1 = 3.053960e-004  
a2 = -4.276763e-006  
a3 = 2.013149e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
-1.5001	841299.2	-1.5001	0.0000
0.9999	752425.3	0.9999	-0.0000
4.4999	645385.1	4.4999	-0.0000
7.9999	555368.3	7.9999	0.0000
11.4999	479415.9	11.4999	0.0000
14.9999	415119.7	14.9999	0.0000
18.4999	360517.8	18.4999	0.0000
21.9999	314005.6	21.9999	0.0000
25.4999	274265.6	25.4998	-0.0001
28.9999	240210.9	28.9999	-0.0000
32.4999	210944.9	32.4999	0.0000

Temperature ITS-90 =  $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$  (°C)

Residual = instrument temperature - bath temperature

