



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1851
CALIBRATION DATE: 14-Apr-23

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -2.918888e-005
a1 = 2.839621e-004
a2 = -3.001654e-006
a3 = 1.756708e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	634017.2	1.0000	-0.0000
4.4999	543139.4	4.4999	0.0000
15.0000	348018.6	15.0001	0.0001
18.5000	301856.4	18.4998	-0.0002
24.0000	242767.0	24.0001	0.0001
29.0000	200335.3	29.0000	0.0000
32.5000	175695.7	32.5000	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

