# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com


SENSOR SERIAL NUMBER: 1807
CALIBRATION DATE: 22-Nov-15

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.992573e-001
h =  1.377759e-001
i = -4.377189e-004
j =  5.097429e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  1.2056e-006
```

| BATH TEMP (° C) | BATH SAL (PSU) | BATH COND (S/m) | INSTRUMENT OUTPUT (Hz) | INSTRUMENT COND (S/m) | RESIDUAL (S/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 2701.02 | 0.00000 | 0.00000 |
| 1.0000 | 34.6838 | 2.96572 | 5381.76 | 2.96572 | 0.00000 |
| 4.5000 | 34.6647 | 3.27183 | 5585.15 | 3.27183 | -0.00000 |
| 15.0000 | 34.6227 | 4.25037 | 6189.81 | 4.25036 | -0.00001 |
| 18.5000 | 34.6138 | 4.59440 | 6388.49 | 4.59439 | -0.00000 |
| 24.0000 | 34.6042 | 5.15055 | 6696.86 | 5.15055 | 0.00000 |
| 29.0000 | 34.5992 | 5.67075 | 6972.57 | 5.67077 | 0.00002 |
| 32.5000 | 34.5965 | 6.04198 | 7162.59 | 6.04197 | -0.00001 |

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); $\delta$ = CTcor; $\varepsilon$ = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / 10 (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity