



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2024
CALIBRATION DATE: 14-Apr-23

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.326739e-005
a1 = 2.778459e-004
a2 = -2.620509e-006
a3 = 1.646001e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	687881.4	0.9999	-0.0001
4.4999	588907.1	4.5000	0.0001
15.0000	376657.6	15.0000	-0.0000
18.5000	326500.6	18.4999	-0.0001
24.0000	262346.7	24.0001	0.0001
29.0000	216316.2	29.0000	0.0000
32.5000	189604.0	32.4999	-0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

