



a xylem brand

CALIBRATION CERTIFICATE

Form No 830, Juli 2012

Certificate no: 4330_2190_00106825
Foil batch no: 1206EM

Product: 4330
Calibration date: 12.04.2015

Serial no: 2190
Page 1 of 2

Index	Temperature reference(°C)	[O2] Reference(μM)	Temperature raw data(mV)	Phase reading(°)
0	30.150	3.14	-74.085	59.78
1	19.806	2.51	258.425	61.05
2	9.880	3.16	575.750	61.84
3	0.717	4.57	845.000	62.50
4	0.704	21.16	845.405	60.23
5	0.698	43.73	845.590	57.45
6	0.685	64.48	845.955	55.16
7	0.665	105.43	846.510	51.27
8	0.648	146.66	846.970	48.00
9	0.640	217.66	847.200	43.52
10	0.633	318.46	847.390	38.80
11	0.641	418.55	847.190	35.35
12	0.643	523.33	847.100	32.61
13	10.022	15.81	571.400	59.37
14	9.960	34.04	573.285	56.19
15	9.908	50.07	574.895	53.73
16	9.867	82.64	576.180	49.50
17	9.843	115.99	576.930	45.99
18	9.833	170.99	577.200	41.44
19	9.830	251.14	577.330	36.68
20	9.831	332.79	577.300	33.22
21	9.834	415.06	577.200	30.60
22	19.914	12.77	255.015	58.21
23	19.851	26.89	257.070	54.80
24	19.796	39.89	258.785	52.09
25	19.756	66.11	260.105	47.53
26	19.728	91.14	261.035	44.08
27	19.710	135.39	261.575	39.39
28	19.702	202.24	261.830	34.48
29	19.697	266.38	262.015	31.20
30	19.694	332.53	262.105	28.72
31	30.076	10.23	-71.705	57.15
32	30.087	21.32	-72.085	53.53
33	30.096	32.17	-72.330	50.49
34	30.099	52.74	-72.425	45.82
35	30.101	73.71	-72.490	42.12
36	30.106	109.60	-72.630	37.39
37	30.115	161.42	-72.955	32.72
38	30.122	217.45	-73.170	29.33
39	30.130	272.41	-73.405	26.95


Certificate no: 4330_2190_00106825
Foil batch no: 1206EM

Product: 4330
Calibration date: 12.04.2015


Serial no: 2190
Page 2 of 2

Index	0	1	2	3	4	5	6
SVUFoilCoef	2.85059E-03	1.21391E-04	2.48885E-06	2.30306E02	-3.17570E-01	-5.75458E01	4.55151E00
TempCoef	2.77991E01	-3.14785E-02	3.38324E-06	-4.80049E-09	0.00000E00	0.00000E00	

Oxygen validation



Temperature validation



Date:12.04.2015

Tor-Ove Kvalvaag
Tor-Ove Kvalvaag, Calibration Engineer